



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"



Рег.№ 1135/08.05. .2020 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ЗА НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“


ЗАМЕСТНИК НА ЧАСТИТЕЛНИКА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ЧАСТ

И ЛОГИСТИКАТА

КАПИТАН I РАНГ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ

08.05. .2020г.



ПРОТОКОЛ

№ 2

от разглеждането, оценяването и класирането на предложенията по процедура с предмет: **„Закупуване на сензорна система за измерване на физико – химични параметри на морската среда и лебедка за нуждите на ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“**

1. Комисия, назначена със Заповед на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ № ОС-96/10.04.2020 г., за провеждане на горепосочената процедура се събра в Административната сграда на ВВМУ за да извърши разглеждане на получените технически предложения в следния състав:

Председател: капитан I ранг Иво Йоцов – заместник декан на факултет „Навигационен“

и членове: 1. ц.сл. – Мария Тачева – старши юриконсулт;
2. ц. сл. Ивелина Стоянова – счетоводител.

2. Разгледани бяха техническите предложение на кандидатите, представили всички изискуеми от Възложителя документи за подбор:

✓ „Интернационални Морски Технологии“ ЕООД;

✓ „Аквахим Проджектс“ ЕООД;

✓ „Сайънтакт-БГ“ ООД.

3. Фирма „Интернационални Морски Технологии“ ЕООД:

Кандидатът е представил техническо предложение, което изцяло отговаря на изискванията на Възложителя. Офертата покрива всички заложиени в техническото задание изисквания.

Представен е Образец №3, както и сертификат на системата за управление ISO 9001:2015.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

4. Фирма „Аквахим Проджектс“ ЕООД:

При разглеждането на техническото предложение на кандидата са констатирани следните несъответствия с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:

- параметъра разделителна способност (точка 2.2 на техническата спецификация) за сензор за измерване на температура, изискването на възложителя е не повече от 0,001 С, а в предложението е заявено $\pm 0,002$);

- параметъра разделителна способност (точка 2.3 на техническата спецификация) на сензор за измерване на дълбочина, изискването на възложителя е 0,005 %, а в предложението е заявено 0,05%).

Вземайки предвид изброените по-горе несъответствия между изискванията на възложителя и офертата на фирма „Аквахим Проджектс“ ЕООД комисията реши, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и следва да бъде отстранена.

5. Фирма „Сайънтакт-БГ“ ООД:

При разглеждането на техническото предложение на кандидата са констатирани следните несъответствия с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:

- параметъра стабилност (точка 2.2 на техническата спецификация) за сензор за измерване на температура, изискването на възложителя е не повече от 0,005С/ година, а в предложението е заявено $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$);

- параметъра работно налягане (точка 2.4 на техническата спецификация) за рН сензор, изискването на възложителя е не по-малко от 500 бара, а в предложението е заявено 26 бара).

Вземайки предвид изброените по-горе несъответствия между изискванията на възложителя и офертата на фирма „Сайънтакт-БГ“ ООД

комисията реши, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и следва да бъде отстранена.

Предвид гореизложеното, Комисията

Р Е Ш И:

Предлага да бъде допуснато отваряне на ценовото предложение на:
фирма „Интернационални Морски Технологии“ ЕООД

Отстранени участници:

- „Аквахим Проджектс“ ЕООД – на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП - не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
- „Сайънтакт-БГ“ ООД – на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП - не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията ще продължи работата си с публичното отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник.

Комисията предлага на Възложителя отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник да се извърши на 13.05.2020 г. от 10.00 часа, като уведомяването му ще се извърши чрез поместване на съобщение на сайта на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, раздел „Обществени поръчки – профил на купувача“.


Комисията завърши настоящият протокол в 14.00 ч. на 08.05.2020 г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: капитан

членове: 1. ц. сл.

2. ц. с



Иво Йоцов

Ивелина Стоянова

Мария Тачева