



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"



Рег. № 1193 / 15.05 .2020 г.

РЕШЕНИЕ

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

на обществената поръчка

На основание чл.181, ал.6 от ЗОП, протокол № 1 с рег. № 1074/30.04.2020 г.; протокол № 2 с рег. № 1135/08.05.2020 г., протокол № 3 с рег. № 1171/14.05.2020 г. на Комисията назначена със заповед № ОС-96/10.04.2020 г. на началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ за разглеждане, оценка и класиране на предложенията за участие в обществена поръчка с предмет: „Закупуване на сензорна система за измерване на физико – химични параметри на морската среда и лебедка за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, открита със заповед № ОС-78/18.03.2020г. на началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, обявление № 967014/20.03.2020г., решение № 967013/20.03.2020 г. и след публикуване на регистрационна форма за случаен избор на процедурата, подлежаща на предварителен контрол

О Б Я В Я В А М:

I. Като възприемам мотивите на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията за участие в обществена поръчка с предмет: „Закупуване на сензорна система за измерване на физико – химични параметри на морската среда и лебедка за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ обявявам следното

КЛАСИРАНЕ:

1. Фирма „Интернационални Морски Технологии“ ЕООД

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка класирания кандидат - фирма „Интернационални Морски Технологии“ ЕООД .

Мотиви:

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска предлагана цена“ и определеният за изпълнител кандидат е предложил такава, както и факта, че фирмата отговаря на всички изисквания, поставени от Възложителя.

III. Отстранени в процедурата участници и оферти.

Мотиви:

Фирма „Аквахим Проджектс“ ЕООД – на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП - не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката:

- ✓ параметъра разделителна способност (точка 2.2 на техническата спецификация) за сензор за измерване на температура, изискването на възложителя е не повече от 0,001 С, а в предложението е заявено $\pm 0,002$);
- ✓ параметъра разделителна способност (точка 2.3 на техническата спецификация) на сензор за измерване на дълбочина, изискването на възложителя е 0,005 %, а в предложението е заявено 0,05%).

Фирма „Сайънтакт-БГ“ ООД – на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП

не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката:

- ✓ параметъра стабилност (точка 2.2 на техническата спецификация) за сензор за измерване на температура, изискването на възложителя е не повече от 0,005С/година, а в предложението е заявено $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$);
- ✓ параметъра работно налягане (точка 2.4 на техническата спецификация) за рН сензор, изискването на възложителя е не по-малко от 500 бара, а в предложението е заявено 26 бара).

IV. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18.

Настоящото Решение, заедно с протоколите от работата на комисията да се публикуват в същия ден с изпращането на решението до участниците в профила на купувача на ВВМУ. Електронната публикация в профила на купувача - http://pp.naval-acad.bg/?page_id=4486.

НАЧАЛНИК ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАР“
ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В. ИВАНОВ

БОЯН МЕДНИКАРОВ

2020 г.

